

Nie czekaj beczynnie — przyspiesz zrost złamania

Wytyczne dla Ciebie i Twojego lekarza dotyczące omówienia zrostu złamania

Niektóre złamania zrastają się opornie. Tylko Twój lekarz ma odpowiednie kwalifikacje, aby zdiagnozować brak zrostu po złamaniu. Jeśli uważasz, że Twoje złamanie się nie zrasta, udziel odpowiedzi na poniższe pytania i weź tę ankietę ze sobą na kolejną wizytę u lekarza. Możecie wtedy omówić kwestię zastosowania w bieżącym leczeniu aparatu EXOGEN wspomagającego leczenie złamań za pomocą ultradźwięków:

Imię i nazwisko: _____ Data urodzenia: _____ Data złamania: _____

Zaznacz pole odpowiadające złamanej kości:

Pięta kość śródstopia	Kość ramienna	Kość łódeczkowata
Obojczyk	Paliczki	Kość skokowa
Kość udowa	Kość promieniowa	Kość piszczelowa
Kość strzałkowa	Żebra	Kość łokciowa

Cierpię na co najmniej jedną z następujących dolegliwości (zaznacz wszystkie odpowiednie pola):


☐ Niedokrwistość
☐ Cukrzyca
☐ Niedożywienie
☐ Otyłość
☐ Osteoporoza
☐ Niewydolność naczyniowa

Palilem/-am tytoń lub go zażywałem/-am w ciągu ostatnich sześciu miesięcy:

☐ Tak
 ☐ Nie

Obecnie przyjmuję następujące leki (zaznacz wszystkie odpowiednie pola):

☐ Antykoagulanty
☐ Kortykosteroidy
☐ Inhibitory COX-2
☐ Niesteroïdowe leki przeciwzapalne (aspiryna, ibuprofen, naproksen)
☐ Inne: _____



Zalecenia lekarza:

Bioventus Coöperatief U.A.

Taurusavenue 31
2132 LS Hoofddorp
Niderlandy

Customer Care

T: 00800 3111 376

E: customercare-international@bioventusglobal.com

www.exogen.com

www.BioventusGlobal.com

Streszczenie wskazań użycia

Urządzenie EXOGEN przeznaczone jest do nieinwazyjnego leczenia wszystkich defektów (ubytków) kostnych (z wyłączeniem obszaru kręgow oraz czaszki) obejmującego leczenie opóźnionego zrastania kości, braku zrostu[†], złamań przeciążeniowych oraz zespolenia stawów. Urządzenie EXOGEN wskazane jest również do przyspieszania procesu gojenia świeżych złamań, naprawy po zabiegach osteotomii, naprawy po zabiegach transportu fragmentu kostnego i naprawy w zabiegach osteogenezy dystrykcyjnej.

[†] Za brak zrostu uznaje się sytuację, gdy miejsce złamania nie wykazuje widocznych oznak postępu procesu gojenia.

Nie są znane żadne przeciwwskazania do stosowania urządzenia EXOGEN. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania tego urządzenia u osób o niedojrzałym układzie kostnym, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów ze stymulatorami serca, w przypadku złamań spowodowanych nowotworem kości ani u pacjentów z niewydolnością krążenia lub zaburzeniami krzepliwości krwi. Niektórzy pacjenci mogą być uczuleni na żel do ultrasonografii.

Pełną informację dotyczącą produktu można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania, na stronie www.exogen.com.

EXOGEN, Bioventus i logo Bioventus są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bioventus LLC.